

Laboratoire indiqué avec le symbole « Biohazard »

Il est recommandé d'afficher le numéro de notification du projet (autorisation) sur la porte du laboratoire

Porte et fenêtres fermées pendant la manipulation

Port de blouse uniquement dans les zones confinées

Aiguilles, seringues et scalpels à éviter

Recapuchonnage des aiguilles interdit

Éviter les plus possible la création d'aérosols, centrifugeuses fermées

Manipulations sous un Poste de Sécurité Microbiologique (min. PSM II)

Désinfection régulière, et en fin d'activité, des plans de travail avec alcool 70%, désinfectant, etc...

Respect des consignes générales de sécurité en laboratoire en présence d'aérosols, travail sous hotte à flux laminaire avec filtre approprié

Tout matériel en contact avec des microorganismes doit être inactivé dans le bâtiment par désinfection ou autoclavage avant d'être lavé ou éliminé

Liste des personnes autorisées sur la porte, supervisées par le responsable de projet

Procédure en cas d'incident et d'accident

Procédure de décontamination, fréquence et personne responsable

Avoir à disposition assez de papier pour éponger